

**Gamme: 0-6 degrés Français
avec TH3 et TH4**

TH


0 - 6 degrés français

1



Transférer ... ml d'eau à analyser dans un tube propre en fonction du tableau **4** au bas de la page.

2



Ajouter 2 gouttes de TH5

3



Ajouter le réactif TH3– goutte à goutte, en remuant entre chaque addition jusqu'à obtenir un virage du rouge vin au bleu franc.

Noter le nombre de gouttes versées.

$$\text{TH (en degrés français) = Gouttes TH3 x (F*)}$$

4

Gamme (°f)	Volume (mls)	Réactif	Facteur (F*)
0.5 - 1.5	40	TH3	0.05
1 - 3	20	TH3	0.1
2 - 6	10	TH3	0.2